



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.13.03.000.М.000097.03.19 ОТ 22.03.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение источника ионизирующего излучения, согласно приложения (1)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Атлантида Дент", 455000, г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 28 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 74-20/01/08-18-1899-2019 от 07.03.2019г., выданное филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 13.05.2015г.

Заключение действительно до 22.03.2024 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3029271





Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском и Варненском районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.13.03.000.M.000097.03.19 от 22.03.2019 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

1. Рентгеновский дентальный аппарат "Gendex Expert DC", зав. № 4204372, 2015 г.в.

1.1 Технические характеристики:

- Максимальное анодное напряжение: 65 кВ;

- Сила тока: 7 мА;

1.2. Вид работ: эксплуатация и хранение;

1.3. Место проведения работ: в рентгенкабинете на 1-м этаже 5-этажного жилого дома ООО "Атлантида Дент", 455000, г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 28



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

